

**INFORME DE ENSAYO Nº: QAL-A-01149-0-0/20**

**Fecha de emisión: 04/03/2020**

**CLIENTE**

**Cliente:** AMATEMANN, S.L.  
**Dirección:** Marino Archer, 43 Bilbao (Bizkaia)

**DATOS DE LA MUESTRA**

**Código de muestra:** A-01149-0-0 **Fecha Recepcion:** 28/02/2020  
**Descripción tipo de muestra:** 03. Pescado  
**Toma muestra\*:** Muestreo por el cliente  
 Información aportada por **el cliente**  
**Procedente/centro recogida:**  
**Tipo de muestra:** FILETE MERLUZA  
**Datos muestra:** Ref.:354; F.C.P.:02/03/2020; Lote:2002240667; Fecha Envasado:21/02/2020; Otros datos:Origen Bilbofresh; Muestra mantenida en refrigeración hasta su análisis;

**RESULTADOS**

**Fecha inicio análisis:** 02/03/2020 **Fecha fin análisis:** 02/03/2020 **Tipo de Ensayo:** FísicoQuímico  
**Norma/s aplicable/s:** NBVT (Salmo salar, Merlucciidae, Gadidae), Según: Reglamento CE 2074/2005

Ensayo / Método de ensayo	Resultados	*Límite Normativo	Unidades
<b>Nitrógeno volátil (NBVT)</b> [QAL-NV-01] - Determinación de Nitrógeno volátil por volumetría	3.1	< 35	mg N/100 g

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Las muestras se han conservado y tratado según procedimiento interno PG-09, garantizando el mantenimiento de sus características desde su recepción hasta su análisis

**\*INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN LOS PARÁMETROS ANALIZADOS**

Los resultados obtenidos de los ensayos realizados a esta muestra CUMPLEN los límites de la norma aplicable.

Fdo. Marcelino Hermosa  
 Jefe área Químico




Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica nº EC 097/1. Autorizado para control por la Agencia Española del Medicamento Nº 68-LC.

Autorizado como Laboratorio de Control Oficial por Castilla - La Mancha CO/CS/020

Este informe sólo afecta a la muestra ensayada. No será reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de Laboratorios Bromatológicos Araba, S.A.  
 El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente y que pueda afectar a la validez de los resultados de la muestra recepcionada.